

(株)トミサワ 様

申請日 2021年9月15日

審査日 2021年9月30日

通番号 TK-21-012656

(一社)日本衛生材料工業連合会・適合審査部門

## マスク適合審査結果通知書

ver. 1.6

JIS適合審査の結果、下記のように判断されましたのでお知らせいたします。

申請者名 (株)トミサワ  
代表品名 4層不織布マスク  
区分 医療用・クラス  
品番・型番 極マスク(KIWAMI)

関連品番

JANコード 4573585420021

展開色 白

適合番号 M32109073

(1/2)

審査結果 [ 適合 ]  
審査内容

試験項目	判定
PFE(微小粒子捕集効率)	適合
BFE(バクテリア飛まつ捕集効率)	適合
VFE(ウイルス飛まつ捕集効率)	適合
花粉粒子捕集効率	
圧力損失	適合
人工血液バリア性	適合
可燃性	適合
遊離ホルムアルデヒド	適合
特定アゾ色素	-
蛍光試験	適合
機能等についての洗濯表示	

### 判定に関する詳細事項

注) 通知書に添付した「JIS適合表示フォーマット」を使用してください。(フォーマット差し替え)  
JIS適合表示フォーマットの色は、原則「背景は白色、文字は黒色」を使用して表示してください。  
JIS適合表示フォーマットの枠や形状は変更不可のため、規定通りの枠と形状で表示してください。

注) パッケージに商標が使用されている場合において  
・使用された商標については、審査対象外であり確認しておりません。  
・申請者の責任において商標の確認・管理してください。

各試験項目の適合は、提出された各種資料とサンプルによる審査結果です。

